

Αριθμός 612

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 και 2003, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 227 του 1990).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ  
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 59

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της διαθέσεως στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (ΕΕ L 121 της 15.05.1993, σ. 20),

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό δυνάμει του άρθρου 59 των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 και 2003 εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

30(Ι) του 2002  
29(Ι) του 2003.  
Συνοπτικός  
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμοί του 2003.

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Εμπνευία.

2.—(1) Στους παρόντες Κανονισμούς εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«Αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών·

«βασικές απαιτήσεις» σημαίνει—

Παράρτημα Ι.

(i) Αναφορικά με τις εκρηκτικές ύλες, τις βασικές απαιτήσεις υλικής ασφάλειας, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα Ι·

Μέρος ΙΙΙ.

(ii) αναφορικά με τα πυρομαχικά, τις βασικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ·

Παράρτημα ΙΙ.

«βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ» σημαίνει βεβαίωση που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό έπειτα από διαδικασία που προβλέπεται στις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ·

«Δικαστήριο» σημαίνει Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«έγκριση αποστολής εκρηκτικών υλών» σημαίνει την έγκριση που εκδίδεται με βάση τον Κανονισμό 14·

«έγκριση διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών» σημαίνει την έγκριση που εκδίδεται με βάση τον Κανονισμό 14·

«έγκριση μεταφοράς εκρηκτικών υλών» σημαίνει την έγκριση που εκδίδεται με βάση τον Κανονισμό 12·

«έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών» σημαίνει την έγκριση που εκδίδεται με βάση τον Κανονισμό 16·

«έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών από οπλοπώλη» σημαίνει την έγκριση που εκδίδεται με βάση τον Κανονισμό 18·

«εκρηκτική ουσία» σημαίνει στερεή ή υγρή ουσία ή μίγμα ουσιών, η οποία από μόνη της είναι ικανή, μέσω χημικής αντίδρασης, να παράγει αέριο, σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και με τέτοια ταχύτητα, ώστε να προκαλέσει ζημιά στον περιβάλλοντα χώρο·

«εκρηκτική ύλη» σημαίνει εκρηκτική ουσία ή αντικείμενο που θεωρείται ως τέτοιο στις Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και περιλαμβάνεται στην κλάση 1 των εν λόγω Συστάσεων·

«εκρηκτικό αντικείμενο» σημαίνει αντικείμενο που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εκρηκτικές ύλες·

«έκτυπη σφραγίδα» σημαίνει σύμβολο που επιτίθεται σε πυρομαχικά, που υποδηλώνει τη συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων προς τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ·

«Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου του 1970 έως 2003 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται εκάστοτε·

Κεφ. 54.  
21 του 1970  
95(1) του 2003.

«επιχείρηση του τομέα των εκρηκτικών υλών» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει, αποθηκεύει, μεταφέρει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικές ύλες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου του 1970 έως 2003 όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται εκάστοτε·

«μεταφορά» σημαίνει την υλική μετακίνηση εκρηκτικών υλών εντός της Κοινότητας, εξαιρουμένων των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται στην ίδια τοποθεσία·

«Νόμος» σημαίνει τους περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμους του 2002 και 2003·

30(1) του 2002  
29(1) του 2003.

«οπλοπώλη» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται εν όλω ή εν μέρει στην κατασκευή, το εμπόριο, την ανταλλαγή, την ενοικίαση, την επισκευή ή τη μετατροπή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών·

«πυροβόλο όπλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Πυροβόλων Όπλων Νόμων του 1974 έως 2000 όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

38 του 1974  
28(1) του 1992  
19(1) του 1994  
96(1) του 1994  
50(1) του 1995  
138(1) του 2000.

«πυρομαχικό» σημαίνει κάθε φύσεως εφόδιο βολής·

«πυροτέχνημα» σημαίνει την ύλη ή μίγμα υλών σχεδιασμένο για να παράγει αποτέλεσμα με θερμότητα, φως, ήχο, αέρια, ή καπνό ή συνδυασμό αυτών, ως προϊόν μη εκρηκτικής, αυτοσυντήρητης χημικής αντίδρασης·

«Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών» σημαίνει τις συστάσεις που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Εμπειρογνομόνων για τις Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί από τον εν λόγω Οργανισμό μέχρι τις 5 Απριλίου 1993 (Πορτοκαλί Βιβλίο) και οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισμό 28·

«υλική ασφάλεια» σημαίνει την πρόληψη των ατυχημάτων ή τον περιορισμό των αποτελεσμάτων των ατυχημάτων.

(2) Οποιοδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και που δεν ερμηνεύονται άλλως πως έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο.

3.—(1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις εκρηκτικές ύλες και στα πυρομαχικά, όπως ορίζονται στον Κανονισμό 2.

Πεδίο εφαρμογής.

(2) Τίποτε απ' ότι περιλαμβάνεται στους παρόντες Κανονισμούς δεν τυγχάνει εφαρμογής—

- (α) Στις εκρηκτικές ύλες και στα πυρομαχικά, που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας ή την Αστυνομία·
- (β) στα πυροτεχνήματα· και
- (γ) στις εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την κατασκευή τους στο χώρο κατασκευής τους.

#### ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Διάθεση  
στην αγορά  
εκρηκτικών  
υλών.  
Παράρτημα Ι.

4.—(1) Οι εκρηκτικές ύλες επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, μόνο εφόσον—

- (α) Ικανοποιούν τις ισχύουσες σχετικές με αυτές βασικές απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Ι·
- (β) η πιστότητά τους έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών που καθορίζονται στον Κανονισμό 5· και
- (γ) επιτίθεται σ' αυτές σήμανση συμμόρφωσης όπως προνοείται στον Κανονισμό 7·

(2) Συμμόρφωση εκρηκτικών υλών με τυχόν σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών με τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις.

Διαδικασίες  
εκτίμησης της  
συμμόρφωσης  
εκρηκτικών  
υλών.  
Παράρτημα ΙΙ.

5. Οι διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών είναι οι εξής:

(α) Εξέταση τύπου ΕΚ (Ενότητα Β), σύμφωνα με το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙ, συνδυασμένη με—

Παράρτημα ΙΙ.

(i) Πιστότητα προς τον τύπο (Ενότητα Γ), σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ· ή

Παράρτημα ΙΙ.

(ii) διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας της παραγωγής (Ενότητα Δ), σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ· ή

Παράρτημα ΙΙ.

(iii) διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας του προϊόντος (Ενότητα Ε), σύμφωνα με το Μέρος ΙV του Παραρτήματος ΙΙ· ή

Παράρτημα ΙΙ.

(iv) εξακρίβωση επί προϊόντος (Ενότητα Στ), σύμφωνα με το Μέρος V του Παραρτήματος ΙΙ·

Παράρτημα ΙΙ.

(β) εξακρίβωση κατά μονάδα (Ενότητα Ζ), σύμφωνα με το Μέρος VI του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϋποθέσεις  
που πρέπει να  
πληρούν οι  
προς έγκριση  
οργανισμοί.  
Παράρτημα ΙΙΙ.

6.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 17 του Νόμου, οι προς έγκριση οργανισμοί απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(2) Συμμόρφωση των πιο πάνω οργανισμών με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης των οργανισμών με τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις.

Επίθεση  
σήμανσης  
συμμόρφωσης.

7.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους V του Νόμου, η σήμανση συμμόρφωσης πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο—

- (α) Πάνω στις εκρηκτικές ύλες·
- (β) όπου δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί η υποπαράγραφος (α), σε ετικέτα που στερεώνεται πάνω στις εκρηκτικές ύλες· ή
- (γ) όπου δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί ούτε η υποπαράγραφος (α), ούτε η υποπαράγραφος (β), στη συσκευασία των εκρηκτικών υλών.

(2) Η ετικέτα πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

- (3) Η σήμανση συμμόρφωσης πρέπει να είναι σύμφωνη με το Παράρτημα IV. Παράρτημα IV.
8. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στις εκρηκτικές ύλες σημάτων ή επιγραφών, που δύναται να παραπλανήσουν τους τρίτους σχετικά με τη σημασία και τη γραφική παράσταση της σήμανσης συμμόρφωσης. Απαγόρευση επίθεσης παραπλανητικών σημάτων.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

9.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, τα πυρομαχικά επιτρέπεται να διατίθενται στην Κυπριακή αγορά μόνο εφ' όσον φέρουν έκτυπη σφραγίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (4) της παραγράφου (2) του άρθρου 10 της Οδηγίας 93/15/ΕΟΚ. Διάθεση στην Κυπριακή αγορά πυρομαχικών.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητά από πρόσωπο να προσκομίσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προς ικανοποίησή της, επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει δικαίωμα χρήσης έκτυπης σφραγίδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1).

10.—(1) Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πλαστή έκτυπη σφραγίδα διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί. Χρήση πλαστής έκτυπης σφραγίδας.

(2) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πιο πάνω αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(3) Έκτυπη σφραγίδα θεωρείται πλαστή—

- (α) Όταν δεν αποτελεί σφραγίδα αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (4) της παραγράφου (2) του άρθρου 10 της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ και/ή
- (β) όταν από τα στοιχεία που προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (2) του Κανονισμού 9 και/ή από έρευνα που διεξάγει η αρμόδια αρχή αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί δεν έχει δικαίωμα χρήσης της συγκεκριμένης έκτυπης σφραγίδας.

11. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται—

- (α) Στα κυνηγετικά και σκοπευτικά φυσίγγια που κατασκευάζονται στη Δημοκρατία
- (β) για περιορισμένη ποσότητα πυρομαχικών που κατασκευάζονται από πρόσωπα για ιδία χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 4 των περί Εκρηκτικών Υλών Νόμων του 1970 έως 2003 όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε.

Πεδίο εφαρμογής.

### ΜΕΡΟΣ ΙV — ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

12.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, οι εκρηκτικές ύλες επιτρέπεται να μεταφέρονται από κράτος μέλος στη Δημοκρατία, μόνο μετά την έκδοση έγκρισης μεταφοράς εκρηκτικών υλών από την αρμόδια αρχή. Μεταφορά εκρηκτικών υλών στη Δημοκρατία.

(2) Οι εκρηκτικές ύλες επιτρέπεται να μεταφέρονται μόνο σε αποθήκη εκρηκτικών υλών στη Δημοκρατία για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια αποθήκευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί Εκρηκτικών Υλών Νόμων του 1970 έως 2003 όπως τροποποιούνται ή αντικαθίστανται εκάστοτε.

(3) Η αίτηση για έκδοση έγκρισης μεταφοράς εκρηκτικών υλών υποβάλλεται από τον παραλήπτη των εκρηκτικών υλών, στην αρμόδια αρχή και συνοδεύεται από τα τέλη που καθορίζονται στο σημείο 1(α) του Παραρτήματος VII και τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα: Παράρτημα VII.

- Παράρτημα V.
- (α) Τα στοιχεία 1–9, που αναφέρονται στο «έντυπο ΑΕ» σύμφωνα με το Παράρτημα V·
  - (β) γραπτή βεβαίωση του αιτητή, συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα του κατασκευαστή που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των εκρηκτικών υλών με τις διατάξεις του Κανονισμού 4·
  - (γ) τις σχετικές εγκρίσεις που απαιτούνται από το κράτος μέλος αποστολής των εκρηκτικών υλών· και
  - (δ) τις σχετικές εγκρίσεις μεταφοράς των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών μέσω του εδάφους των οποίων θα γίνει διαμετακόμιση των εκρηκτικών υλών.

Εξέταση αίτησης και έκδοση έγκρισης μεταφοράς εκρηκτικών υλών.

Παράρτημα V.

13.—(1) Η αρμόδια αρχή κατά την εξέταση της πιο πάνω αίτησης προβαίνει σε έλεγχο των πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση και των συνθηκών με βάση τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά ιδιαίτερα, όσον αφορά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας. Σε περίπτωση που τα πληροφορικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (3) του Κανονισμού 12 και οι απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας πληρούνται, η αρμόδια αρχή εκδίδει γραπτή έγκριση μεταφοράς, σύμφωνα με το «έντυπο ΑΕ», το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο Παράρτημα V.

(2) Η έγκριση μεταφοράς εκρηκτικών υλών δύναται—

- (α) Να εκδίδεται από την αρμόδια αρχή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο· και
  - (β) να αφορά συγκεκριμένη μεταφορά.
- (3) Σε περίπτωση που, η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να εξακριβώσει την ικανότητα του αιτητή προς απόκτηση εκρηκτικών υλών, διαβιβάζει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στην Επιτροπή.
- (4) Η έγκριση μεταφοράς εκρηκτικών υλών πρέπει—
- (α) Να συνοδεύει τις μεταφερόμενες εκρηκτικές ύλες καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους·
  - (β) να επιδεικνύεται όταν απαιτούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·
  - (γ) να φυλάσσεται από τον κάτοχο της έγκρισης μεταφοράς για περίοδο τριών ετών μετά το χρόνο διεκπεραίωσης της μεταφοράς· και
  - (δ) να επιδεικνύεται από τον κάτοχο της έγκρισης μεταφοράς όταν του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή.

Μεταφορά εκρηκτικών υλών σε κράτος μέλος και διαμετακόμιση εκρηκτικών υλών.

Παράρτημα VII.  
Παράρτημα V.

Εξέταση αίτησης και έκδοση έγκρισης αποστολής ή διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών.

14.—(1) Η μεταφορά εκρηκτικών υλών από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος ή η διαμετακόμιση εκρηκτικών υλών μέσω της Δημοκρατίας επιτρέπεται μόνο μετά την έκδοση έγκρισης αποστολής εκρηκτικών υλών ή έγκρισης διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών, αντίστοιχα.

(2) Η αίτηση για έκδοση έγκρισης αποστολής εκρηκτικών υλών ή διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών πρέπει να συνοδεύεται από τα τέλη που καθορίζονται στα σημεία 1(β) και 1(γ) του Παραρτήματος VII, αντίστοιχα, και τα στοιχεία 1–9 που αναφέρονται στο «έντυπο ΑΕ» σύμφωνα με το Παράρτημα V.

15.—(1) Η αρμόδια αρχή κατά την εξέταση των αιτήσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό 14 προβαίνει σε έλεγχο των πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση και των συνθηκών με βάση τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η αποστολή ή η διαμετακόμιση των εκρηκτικών υλών ιδιαίτερα όσον αφορά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας. Σε περίπτωση που τα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα που συνοδεύουν

την αίτηση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του Κανονισμού 14, η αρμόδια αρχή εκδίδει γραπτή έγκριση αποστολής εκρηκτικών υλών ή διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών, αντίστοιχα.

(2) Η έγκριση αποστολής ή διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών πρέπει να συνοδεύει τις εκρηκτικές ύλες καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής ή διαμετακόμισής τους και να επιδεικνύεται από τον κάτοχο της έγκρισης όταν το ζητούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

16.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 18, και των διατάξεων των περί Εκρηκτικών Υλών Νόμων του 1970 έως 2003, πυρομαχικά επιτρέπεται να μεταφέρονται από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος, μόνο μετά την έκδοση έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών από την αρμόδια αρχή.

Μεταφορά πυρομαχικών σε κράτος μέλος.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (3), η αίτηση για έκδοση έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών συνοδεύεται από τα τέλη που καθορίζονται στο σημείο 1(δ) του Παραρτήματος VII και τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα:

Παράρτημα VII.

(α) Τα στοιχεία 1-8 που αναφέρονται στο «έντυπο ΑΠ» σύμφωνα με το Παράρτημα VI.

Παράρτημα VI.

(β) τα στοιχεία αναγνώρισης των πυρομαχικών.

(γ) γραπτή συγκατάθεση για τη μεταφορά των πιο πάνω πυρομαχικών της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προορισμού και

(δ) τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα πυρομαχικά φέρουν έκτυπη σφραγίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (4) της παραγράφου (2) του άρθρου 10 της Οδηγίας 93/15/ΕΟΚ.

(3) Σε περίπτωση που ο αποστολέας και ο παραλήπτης των πυρομαχικών είναι οπλοπώλες, η αίτηση για έκδοση έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών δε συνοδεύεται από τα στοιχεία 5 και 6 που αναφέρονται στο «έντυπο ΑΠ» σύμφωνα με το Παράρτημα VI.

Παράρτημα VI.

17.—(1) Η αρμόδια αρχή κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών προβαίνει σε έλεγχο των πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση και των συνθηκών μεταφοράς ιδιαίτερα όσον αφορά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας. Σε περίπτωση που τα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του Κανονισμού 16 και οι απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας πληρούνται, η αρμόδια αρχή εκδίδει γραπτή έγκριση μεταφοράς, σύμφωνα με το «έντυπο ΑΠ», το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο Παράρτημα VI.

Εξέταση αίτησης και έκδοση έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών.

Παράρτημα VI.

(2) Η έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών πρέπει να συνοδεύει τα πυρομαχικά καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους και να επιδεικνύεται από τον κάτοχο της έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών όταν το ζητούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

18.—(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει σε οπλοπώλη το δικαίωμα να μεταφέρει πυρομαχικά από τη Δημοκρατία με προορισμό οπλοπώλη εγγεγραμμένο σε κράτος μέλος, με την έκδοση σχετικής έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών για απεριόριστο αριθμό μεταφορών εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

Μεταφορά πυρομαχικών από οπλοπώλες.

(2) Η αρμόδια αρχή εκδίδει έγκριση μεταφοράς πυρομαχικών από οπλοπώλες σύμφωνα με το «έντυπο ΑΠ», το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο Παράρτημα VI, κατόπιν υποβολής αιτήσεως από οπλοπώλη, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα τέλη που καθορίζονται στο σημείο 1(ε) του Παραρτήματος VII.

Παράρτημα VI.

Παράρτημα VII.

(3) Η πιο πάνω έγκριση μεταφοράς πρέπει να συνοδεύει τα πυρομαχικά μέχρι τον προορισμό τους και να επιδεικνύεται από τον οπλοπώλη, όταν του ζητηθεί στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(4) Ο οπλοπώλης, πριν από την πραγματοποίηση της μεταφοράς από τη Δημοκρατία, γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (2), του Κανονισμού 16.

Μεταφορά  
πυρομαχικών  
στη  
Δημοκρατία.

19.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), πυρομαχικά επιτρέπεται να μεταφέρονται από κράτος μέλος στη Δημοκρατία, μόνο—

(α) Μετά τη χορήγηση γραπτής συγκατάθεσης της αρμόδιας αρχής, η οποία δύναται να ζητήσει όπως της παρασχεθούν τα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 16 και

(β) εφόσον συνοδεύονται από έγκριση μεταφοράς της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους αποστολής.

Παράρτημα VII.

(2) Η συγκατάθεση χορηγείται μετά από την υποβολή αίτησης η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα τέλη που καθορίζονται στο σημείο 1(στ) του Παραρτήματος VII.

(3) Τα πυρομαχικά επιτρέπεται να μεταφέρονται μόνο σε αποθήκη πυρομαχικών στη Δημοκρατία για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια αποθήκευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί Εκρηκτικών Υλών Νόμων του 1970 έως 2003 όπως τροποποιούνται ή αντικαθίστανται εκάστοτε.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να καταρτίζει κατάλογο πυρομαχικών για τα οποία η μεταφορά στη Δημοκρατία μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή της.

(5) Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο (4) κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή—

(α) Στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

(β) στους οπλοπώλες, οι οποίοι είναι κάτοχοι της έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών.

Ανάκληση και  
τροποποίηση  
εγκρίσεων ή  
συγκαταθέσεων.

20.—(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί ή να τροποποιεί τις εγκρίσεις που αναφέρονται στους Κανονισμούς 12, 14, 15, 16 ή 18 ή τη συγκατάθεση που αναφέρεται στον Κανονισμό 19 αφού προηγουμένως επιδώσει γραπτή ειδοποίηση σε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση ή συγκατάθεση για την πρόθεσή της αυτή, στην οποία να αναφέρει τους λόγους της ενέργειάς της και να του γνωστοποιεί τα δικαιώματα που του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (2).

(2) Το πρόσωπο, στο οποίο επιδίδεται ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1), έχει το δικαίωμα να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς την αρμόδια αρχή, νοουμένου ότι μέσα σε 7 ημέρες από την επίδοση της ειδοποίησης γνωστοποιεί γραπτώς στην αρμόδια αρχή την επιθυμία του να ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Οι γραπτές παραστάσεις πρέπει να προσκομίζονται εντός 21 ημερών από τη γνωστοποίηση.

(3) Η αρμόδια αρχή εξετάζει τις ανωτέρω παραστάσεις και ακολουθώντας προβαίνει στην έκδοση απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή την τροποποίηση των πιο πάνω εγκρίσεων ή συγκαταθέσεων.

Έλεγχος από  
το Διευθυντή  
του Τμήματος  
Τελωνείων.

21. Ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων δύναται να ελέγχει, εκεί όπου χρειάζεται, ότι οι μεταφερόμενες ή οι διαμετακομιζόμενες εκρηκτικές ύλες ή τα μεταφερόμενα πυρομαχικά, συνοδεύονται από τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή συγκαταθέσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς 12, 14, 16, 18 και 19, ανάλογα με την περίπτωση.

22. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτει αναφορικά με τις οριστικές μεταφορές πυρομαχικών στο κράτος μέλος προορισμού της μεταφοράς και κατά περίπτωση στο κράτος μέλος διαμετακόμισης το αργότερο κατά τη μεταφορά στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

Ενημέρωση  
κρατών μελών.

23.—(1) Η αρμόδια αρχή συλλέγει και διαβιβάζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις του τομέα εκρηκτικών υλών.

Δίκτυο  
ανταλλαγής  
πληροφοριών.

(2) Η αρμόδια αρχή παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τις πληροφορίες που διαθέτει για τους κατόχους έγκρισης μεταφοράς εκρηκτικών υλών, έγκρισης διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών, έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών και έγκρισης μεταφοράς πυρομαχικών από οπλοπώλες.

24.—(1) Οι επιχειρήσεις του τομέα εκρηκτικών υλών πρέπει—

Αρχείο  
μεταφορές  
εκρηκτικών  
υλών.

(α) Να τηρούν αρχείο καταχώρησης μεταφορών εκρηκτικών υλών, σε μορφή που αυτές ήθελαν καθορίσουν περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής και

(β) να διαθέτουν σύστημα εντοπισμού κατόχων εκρηκτικών υλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 της Οδηγίας 93/15/ΕΟΚ.

(2) Τα έγγραφα του αρχείου πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον επί τρία έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε η καταχωρηθείσα μεταφορά.

(3) Τα έγγραφα του αρχείου πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα για έλεγχο σε περίπτωση το ζητήσει η αρμόδια αρχή.

#### ΜΕΡΟΣ V — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

25. Πρόσωπο το οποίο μεταφέρει ή αποπειράται να μεταφέρει εκρηκτικές ύλες ή/και πυρομαχικά στη Δημοκρατία, κατά παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών 12, 14, 16, 18 ή 19 διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση κατάδικής του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί και οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες ή πυρομαχικά σχετικά με τις οποίες διαπράχθηκε αδίκημα κατάσχονται και καταστρέφονται με τη συγκατάθεση του προσώπου αυτού ή δημεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 27.

Ποινικά  
αδικήματα.

26.—(1) Η αρμόδια αρχή, δύναται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιοδήποτε υποστατικό, εκτός από οικοδομή η οποία χρησιμοποιείται ως κατοικία, στην οποία εύλογα υποψιάζεται ότι εκρηκτικές ύλες ή πυρομαχικά κατέχονται κατά παράβαση των Κανονισμών 12, 14, 16, 18 ή 19 και δύναται να κατάσχει και να απομακρύνει οποιαδήποτε τέτοια εκρηκτική ύλη ή πυρομαχικό μαζί με το δοχείο που το περιέχει.

Εξουσία  
κατάσχεσης  
εκρηκτικών  
υλών και  
πυρομαχικών.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμποδίζει την αρμόδια αρχή είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(3) Σε περίπτωση που μετά την πάροδο εικοσιτεσσάρων ωρών από την ώρα της κατάσχεσης των εκρηκτικών υλών ή των πυρομαχικών δεν παρουσιαστεί πρόσωπο που να ισχυρίζεται ότι είναι κάτοχος έγκρισης ή συγκατάθεσης που αναφέρεται στους Κανονισμούς 12, 14, 16, 18 ή 19, τότε η αρμόδια αρχή δύναται να τις καταστρέψει.

(4) Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο (3) πιο πάνω, παρουσιαστεί πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι κάτοχος έγκρισης ή συγκατάθεσης που αναφέρεται στους Κανονισμούς



12, 14, 16, 18 ή 19, τότε η αρμόδια αρχή δύναται να καταστρέψει τις εκρηκτικές ύλες ή τα πυρομαχικά με τη συγκατάθεση του προσώπου αυτού ή μετά από δήμευσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 27.

Δήμευση  
εκρηκτικών  
υλών και  
πυρομαχικών.

27.—(1) Ανεξάρτητα από την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα αναφορικά με παράβαση των Κανονισμών 12, 14, 16, 18 ή 19, η αρμόδια αρχή, δύναται, τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύει θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, να αποταθεί δια κλήσεως στο Δικαστήριο δυνάμει του παρόντος άρθρου, ζητώντας την έκδοση Διατάγματος για τη δήμευση εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών για το λόγο ότι δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Κανονισμών 12, 14, 16, 18 ή 19.

(2) Κατόπιν αίτησης δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, το Δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση Διατάγματος για δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος μόνο αν ικανοποιηθεί ότι—

(α) Πράγματι οι εκρηκτικές ύλες ή τα πυρομαχικά δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Κανονισμών 12, 14, 16, 18 ή 19 ή

(β) συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν την ασφαλή φύλαξη των εν λόγω προϊόντων από την αρμόδια αρχή.

(3) Σε περίπτωση που εκρηκτικές ύλες ή πυρομαχικά δημεύονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, δύναται να καταστραφούν σύμφωνα με οδηγίες του Δικαστηρίου.

Διάθεση  
αντιγράφου  
των Συστάσεων  
των Ηνωμένων  
Εθνών.

28. Η αρμόδια αρχή οφείλει να διαθέτει αντίγραφο των Συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών που αφορά την κλάση 1 των εν λόγω Συστάσεων, σε όποιο πρόσωπο προτίθεται να διαθέσει ή διαθέτει στην αγορά ή προτίθεται να μεταφέρει ή μεταφέρει εκρηκτικές ύλες.

Τέλη.

Παράρτημα VII.

29. Τα τέλη τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και καθορίζονται στο Παράρτημα VII, δεν επιστρέφονται από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων για έκδοση εγκρίσεων ή για χορήγηση συγκαταθέσεων που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.

Έναρξη της  
ισχύος των  
παρόντων  
Κανονισμών.

30. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****(Κανονισμοί 2 και 4)****ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ****I. Γενικές Απαιτήσεις**

1. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται, να παρασκευάζονται και να διατίθενται κατά τρόπο ώστε να παρουσιάζουν τον ελάχιστο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και υγεία και να προλαμβάνεται κάθε ζημιά περιουσίας και περιβάλλοντος υπό κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις υλικής ασφάλειας και τις συνήθειες πρακτικές μέχρι την στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν.

2. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φθάνουν τα χαρακτηριστικά επιδόσεων που ορίζει ο κατασκευαστής, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία.

3. Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μελετώνται και να παρασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να μπορούν να διατίθενται, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους, κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

**II. Ειδικές Απαιτήσεις**

1. Εφόσον απαιτείται πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ή να ελέγχονται οι ακόλουθες πληροφορίες και ιδιότητες:

- (α) Οι κατασκευαστικές και χαρακτηριστικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της χημικής σύνθεσης, του βαθμού ανάμειξης και, εφόσον απαιτείται, των διαστάσεων και της κατανομής του μεγέθους των κόκκων,

- (β) η φυσική και χημική σταθερότητα της εκρηκτικής ύλης υπό όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες ενδέχεται να εκτεθεί,
- (γ) η ευαισθησία σε κρούση και τριβή,
- (δ) η συμβατότητα όλων των συστατικών στοιχείων, όσον αφορά τη χημική και τη φυσική τους σταθερότητα,
- (ε) η χημική καθαρότητα του εκρηκτικού,
- (στ) η αντοχή του εκρηκτικού στην επίδραση του νερού όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες υγρασίας ή παρουσία νερού και όταν οι ιδιότητες λειτουργίας του επηρεάζονται δυσμενώς από το νερό,
- (ζ) η αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες όταν το εκρηκτικό πρόκειται να αποθηκευθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες θερμοκρασίες ενώ η υλική ασφάλεια ή η αξιοπιστία του ενδέχεται να επηρεάζονται δυσμενώς από τη ψύξη ή τη θέρμανση κάποιου συστατικού στοιχείου ή της εκρηκτικής ύλης στο σύνολό της,
- (η) η καταλληλότητα της εκρηκτικής ύλης για χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον (όπως σε περιβάλλον που έχει καταστεί επικίνδυνο από εκρηκτικά αέρια ανθρακωρυχείου, θερμές μάζες) εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό αυτές τις συνθήκες,
- (θ) στοιχεία ασφάλειας κατά της άκαιρης ή ακούσιας πυροδότησης ή ανάφλεξης,

- (ι) η ορθή γόμωση και λειτουργία της εκρηκτικής ύλης όταν χρησιμοποιείται κατά προορισμό,
- (ια) οι κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, ενδείξεις σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, χρήση και διάθεση, στην ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους προορισμού, και
- (ιγ) η δυνατότητα της εκρηκτικής ύλης, του περιβλήματος ή άλλων συστατικών της να ανθίστανται στη φθορά κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, έως την ημερομηνία λήξεως που ορίζει ο κατασκευαστής.

Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό στο εργαστήριο, οι δοκιμές αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται υπό πραγματικές συνθήκες που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη χρήση.

2. Οι διάφορες ομάδες εκρηκτικών υλών πρέπει τουλάχιστον να πληρούν επίσης τις ακόλουθες απαιτήσεις:

#### **A. Εκρηκτικές Ύλες Ανατινάξεων**

- (α) Η προτεινόμενη μέθοδος πυροδοτήσεως πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή, αξιόπιστη και πλήρη έκρηξη της εκρηκτικής ύλης ανατινάξεων, στην περίπτωση της μελάνης πυρίτιδας επαληθεύεται η ικανότητα ανάφλεξης,
- (β) οι εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων υπό μορφή φυσιγγίου πρέπει να μεταδίδουν την έκρηξη με ασφάλεια και αξιοπιστία από το ένα άκρο της στήλης φυσιγγίων στο άλλο, και

- (γ) τα παραγόμενα αέρια από τις εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων που προορίζονται για υπόγεια χρήση δεν θα πρέπει να περιέχουν μονοξειδίο του άνθρακος, νιτρώδη και άλλα αέρια, ατμούς ή αιωρούμενα στερεά κατάλοιπα, σε ποσότητες επιβλαβείς για την υγεία υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως.

#### **Β. Ακαριαίες Θρυαλλίδες, Θρυαλλίδες Ασφαλείας και Πυροδοτικές Θρυαλλίδες**

- (α) Το περίβλημα των ακαριαίων θρυαλλίδων, των θρυαλλίδων ασφαλείας και των πυροδοτικών θρυαλλίδων πρέπει να έχει τη δέουσα μηχανική αντοχή και να προστατεύει δεόντως το εκρηκτικό γέμισμα όταν εκτίθεται σε κανονική μηχανική καταπόνηση,
- (β) οι παράμετροι για το χρόνο καύσεως των θρυαλλίδων ασφαλείας πρέπει να αναφέρονται και να ανταποκρίνονται προς την πραγματικότητα, και
- (γ) οι επιλεγόμενες ακαριαίες θρυαλλίδες πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα, να έχουν επαρκή πυροδοτική ικανότητα και να πληρούν τις οριζόμενες απαιτήσεις, ακόμα και μετά την αποθήκευση σε υγρούς και θερμούς χώρους.

#### **Γ. Πυροκροτητές (Συμπεριλαμβανομένων και των Εγκαιροφλεγών Πυροκροτητών)**

- (α) Οι πυροκροτητές πρέπει να πυροδοτούν αξιόπιστα την έκρηξη των εκρηκτικών υλών οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μαζί με αυτούς υπό όλες τις προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως,

- (β) οι εγκαίροφλεγείς πυροκροτητές πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα,
- (γ) η ικανότητα πυροδοτήσεως δεν πρέπει να επηρεάζεται δυσμενώς από την υγρασία,
- (δ) οι χρόνοι καθυστέρησης των εγκαίροφλεγών πυροκροτητών πρέπει να είναι επαρκώς όμοιοι, ώστε ο κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης των χρόνων καθυστέρησης των διαδοχικών χρονικών φάσεων να είναι αμελητέος,
- (ε) τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία (όπως το ελάχιστο ρεύμα πυροδότησης, αντίσταση),
- (στ) τα σύρματα των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή. η συσκευασία των ηλεκτρικών πυροκροτητών πρέπει να φέρει την απαιτούμενη θωράκιση κατά τυχαίας πυροδότησης από ραδιοσυχνότητες.

#### Δ. Προωθητικές Ύλες και Προωθητικές Ύλες Πυραύλων

- (α) ~~Οι πιο πάνω ύλες δεν πρέπει να πυροκροτούν ή να εκρήγνυνται~~ εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους,
- (β) οι προωθητικές ύλες πρέπει να σταθεροποιούνται για να προλαμβάνεται η αποσύνθεση τους, εφόσον απαιτείται (όπως τα παράγωγα της νιτροκυτταρίνης), και
- (γ) οι προωθητικές ύλες των πυραύλων εφόσον παράγονται δια συμπίεσης ή χύτευσης δεν πρέπει να φέρουν μη προβλεπόμενες ουμίες ή φυσαλλίδες αερίου.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ****(Κανονισμός 2 και 5)****ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ****I. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Εξέταση «τύπου ΕΚ»**

1. Η Ενότητα Β καθορίζει το τμήμα της διαδικασίας με το οποίο κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της σχετικής παραγωγής, ικανοποιεί τις αντίστοιχες διατάξεις των παρόντων Κανονισμών αυτών.

2. Η αίτηση εξέτασης "τύπου ΕΚ" υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σε κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

- (α) Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, το όνομα και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου,
- (β) γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, και
- (γ) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3 πιο κάτω.

Ο αιτητής θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της εν λόγω παραγωγής, το οποίο στο εξής ονομάζεται "τύπος". Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητά και άλλα δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών.

3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να καλύπτει, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος και να περιλαμβάνει, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση:

- (α) Γενική περιγραφή του τύπου,
- (β) αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυσκροτημάτων, κυκλωμάτων,
- (γ) τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερόμενων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του προϊόντος,
- (δ) κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο (2), του Κανονισμού 4 και τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, καθώς και περιγραφή των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται πιο πάνω,
- (ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των πραγματοποιηθεισών εξετάσεων, και
- (στ) τις εκθέσεις δοκιμών.

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει:

- (α) Να εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, να επαληθεύει ότι ο τύπος



έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και να προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο (2), του Κανονισμού 4, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν χωρίς να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις των πιο πάνω εναρμονισμένων προτύπων,

- (β) να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει κατά πόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόστηκαν τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο (2), του Κανονισμού 4 οι λύσεις τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής πληρούν τις βασικές απαιτήσεις,
- (γ) να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει κατά πόσο, στην περίπτωση κατά την οποία ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, τα πρότυπα αυτά έχουν εφαρμοστεί, και
- (δ) να συμφωνεί με τον αιτητή τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές.

5. Στην περίπτωση που ο τύπος πληροί τις σχετικές διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον αιτητή βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Η βεβαίωση πρέπει να περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα του ελέγχου και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριμένου τύπου.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός προσαρτά στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ κατάλογο των σημαντικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου και φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού.

Σε περίπτωση που ο κοινοποιημένος οργανισμός δεν χορηγεί βεβαίωση τύπου στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αιτιολογεί λεπτομερώς την άρνηση του.

6. Ο αιτητής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό, που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϊόντος για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα βεβαίωση όταν οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν την συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις ή προς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις χρησιμοποίησης του προϊόντος. Η νέα αυτή βεβαίωση χορηγείται υπό μορφή προσθήκης στην αρχική βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ.

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους εγκεκριμένους οργανισμούς τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου ΕΚ και τις προσθήκες που χορηγούνται και ανακαλούνται.

8. Οι υπόλοιποι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήματα βεβαιώσεων φυλάσσονται στη διάθεση των υπόλοιπων κοινοποιημένων οργανισμών.

9. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διατηρεί, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ και των σχετικών προσθηκών για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος.

Σε περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση της αρμόδιας αρχής είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

## II. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Πιστότητα προς τον τύπο

1. Η Ενότητα Γ καθορίζει το μέρος της διαδικασίας με το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του βεβαιώνει και δηλώνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληροί τις βασικές απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης.

2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις βασικές απαιτήσεις.

3. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος.

Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση της αρμόδιας αρχής είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

4. Ο κατασκευαστής επιλέγει κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος πραγματοποιεί τον έλεγχο του προϊόντος κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει επιτόπου κατάλληλο δείγμα του τελικού προϊόντος το οποίο ελέγχεται,

ενώ επίσης πραγματοποιούνται οι κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζονται στο ή στα εναρμονισμέα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο (2), του Κανονισμού 4 ή ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να ελεγχθεί εάν η παραγωγή συμφωνεί προς τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που, μετά από έλεγχο, αποδειχθεί ότι ένα ή περισσότερα δείγματα προϊόντων δεν συμφωνούν προς τις βασικές απαιτήσεις, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, ο κατασκευαστής επιθέτει, υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, το σύμβολο αναγνώρισης του οργανισμού.

### **III. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής**

1. Η Ενότητα Δ καθορίζει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, τηρουμένων των διατάξεων του σημείου 2 πιο κάτω, βεβαιώνει και δηλώνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληροί τις βασικές απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. Η σήμανση συμμόρφωσης συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύμβολο του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4 πιο κάτω.

2. Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας της παραγωγής και να διενεργεί επιθεώρηση και δοκιμές των τελικών προϊόντων όπως προβλέπεται στο σημείο 3. Ο κατασκευαστής υπόκειται σε επιτήρηση με βάση το σημείο 4.

3. Σύστημα ποιότητας:

- (α) Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που διαθέτει για τα προϊόντα του,
- (β) Η αίτηση πρέπει να περιέχει:
- (i) Όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεπόμενων προϊόντων,
  - (ii) το φάκελο του συστήματος ποιότητας, και
  - (iii) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ.
- (γ) Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει την συμμόρφωση των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις βασικές απαιτήσεις,
- (δ) Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται συστηματικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό τη μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.
- Ο φάκελος πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, κατάλληλη περιγραφή:
- (i) Των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των εκρηκτικών υλών,

- (ii) των μεθόδων κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας και των συστηματικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν,
  - (iii) των εξετάσεων και των δοκιμών που διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους,
  - (iv) των φακέλων ποιότητας, όπως είναι οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, και
  - (v) των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των εκρηκτικών υλών και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας.
- (ε) Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο (γ) πιο πάνω και τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο κυπριακό πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις πιο πάνω απαιτήσεις. Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος με πείρα όσον αφορά την αξιολόγηση της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.
- (στ) Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας.

- (ζ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο (γ) πιο πάνω ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

#### 4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού:

- (α) Η επιτήρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθώς τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
- (β) Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης, και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως:
- (i) Το φάκελο του συστήματος ποιότητας, και
  - (ii) τους φακέλους ποιότητας (όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού.

- (γ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει, κατά τακτά διαστήματα, ελέγχους προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.
- (δ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξάγουν δοκιμές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο εγκεκριμένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, αν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος:

- (α) Το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3(β)(ii) πιο πάνω,
- (β) τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 3(στ) πιο πάνω, και
- (γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στα σημεία 3(στ), 4(γ) και 4(δ).

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους εγκεκριμένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις βεβαιώσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται.



**IV. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων**

1. Η Ενότητα Ε καθορίζει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του σημείου 2 πιο κάτω βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι εκρηκτικές ύλες συμμορφώνονται προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης σε κάθε εκρηκτική ύλη και συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης. Η σήμανση συμμόρφωσης συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύμβολο του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 4.

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση των εκρηκτικών υλών και για τις δοκιμές, όπως ορίζεται στο σημείο 3. Ο κατασκευαστής υπόκειται στην επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 4.

3. Σύστημα ποιότητας:

(α) Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που διαθέτει για τις εκρηκτικές ύλες.

(β) Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

- (i) Όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των σχετικών εκρηκτικών υλών,
- (ii) το φάκελο του συστήματος ποιότητας,
- (iii) ενδεχομένως, τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριμένου τύπου και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ.

(γ) Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας, εξετάζεται κάθε εκρηκτική ύλη και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, που αναφέρονται στην παράγραφο (2), του Κανονισμού 4 ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η πιστότητα τους προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται, κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή:

- (i) Των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων,
- (ii) των ελέγχων και των δοκιμών οι οποίες θα διεξαχθούν μετά την κατασκευή,
- (iii) των μέσων παρακολούθησης της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας, και
- (iv) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επίθεσης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμολόγησης, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού.

(δ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις, και τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας τα οποία εφαρμόζουν το σχετικό κυπριακό πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις βασικές απαιτήσεις.

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος, το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του εν λόγω προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

- (ε) Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενημερώνουν τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε μελετώμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις βασικές ή κατά πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

#### 4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη κοινοποιημένου οργανισμού:

- (α) Η επιτήρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
- (β) Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης στους χώρους επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως:
- (i) Το φάκελο του συστήματος ποιότητας,
  - (ii) τον τεχνικό φάκελο, και
  - (iii) τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού.
- (γ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου.
- (δ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο εγκεκριμένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιμές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, αν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για δέκα τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος:

- (α) Το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3(α),
- (β) τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 3(ε),
- (γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στα σημεία 3(ε), 4(γ) και 4(δ).

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται.

#### **V. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Εξακρίβωση επί προϊόντων**

1. Η Ενότητα Στ καθορίζει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα προϊόντα που υποβλήθηκαν στις διατάξεις του σημείου 3 είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.
2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την συμμόρφωση των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις βασικές απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης σε κάθε προϊόν και συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης.
3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο το προϊόν είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις, με έλεγχο και δοκιμή κάθε προϊόν όπως ορίζεται στο σημείο 4.

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος.

4. Εξακρίβωση με εξέταση και δοκιμή της κάθε συσκευής:

- (α) Όλες οι εκρηκτικές ύλες εξετάζονται ατομικά και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στο αναφερόμενο στην παράγραφο (2), του Κανονισμού 4, εναρμονισμένο πρότυπο ή πρότυπα, ή άλλες ισοδυναμίες δοκιμές προκειμένου να επαληθευθεί η συμμόρφωση τους προς τον τύπο όπως περιγράφεται στην βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις βασικές απαιτήσεις.
- (β) Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιτεθεί το αναγνωριστικό σύμβολο του σε κάθε εγκεκριμένη συσκευή και συντάσσει γραπτή βεβαίωση συμμόρφωσης σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές.
- (γ) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του είναι σε θέση να επιδείξει, εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις συμμόρφωσης του κοινοποιημένου οργανισμού.

**IV. ΕΝΟΤΗΤΑ Z: Εξακρίβωση ανά μονάδα**

1. Η Ενότητα Z καθορίζει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής βεβαιώνει και δηλώνει ότι το προϊόν για το οποίο δόθηκε η βεβαίωση που αναφέρεται στο σημείο 2 πιο κάτω, είναι σύμφωνη προς τις βασικές απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης στην εκρηκτική ύλη και συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης.

2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει το προϊόν και διεξάγει τις κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στο σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ή πρότυπα σύμφωνα με την παράγραφο (2), του Κανονισμού 4, ή ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση της προς τις βασικές απαιτήσεις.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιθεθεί το αναγνωριστικό του σύμβολο στο εγκεκριμένο προϊόν και συντάσσει βεβαίωση συμμόρφωσης σχετική με τις διεξαχθείσες δοκιμές.

3. Ο τεχνικός φάκελος σκοπό έχει να καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις και την κατανόηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας του προϊόντος.

4. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει, στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση:

- (α) Γενική περιγραφή του τύπου,
- (β) σχέδιο προμελέτης και κατασκευής, και διαγράμματα συστατικών μερών, συναρμολογημένων υποσυνόλων, κυκλωμάτων,
- (γ) τις απαραίτητες περιγραφές και επεξηγήσεις για την κατανόηση των προαναφερομένων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του προϊόντος ή του συστήματος προστασίας,
- (δ) πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο (2), του Κανονισμού 4 τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, καθώς και περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής για να

ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζονται τα πιο πάνω εναρμονισμένα πρότυπα,

- (ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των εξετάσεων, και
- (στ) τις εκθέσεις δοκιμών.



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**  
**(Κανονισμός 6)**

**ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣ**  
**ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ**

**Ι. Οι προς έγκριση οργανισμοί πρέπει να πληρούν τουλάχιστο τις ακόλουθες προϋποθέσεις:**

1. Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών εξακρίβωσης δεν επιτρέπεται να είναι οι σχεδιαστές, οι κατασκευαστές, οι προμηθευτές ή οι χρήστες των εκρηκτικών υλών που επίθεωρούν, ούτε εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των προσώπων αυτών. Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό απαγορεύεται να επεμβαίνουν άμεσα ή ως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία ή τη συντήρηση των εκρηκτικών υλών αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγών πληροφοριών τεχνικής φύσεως μεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισμού.

2. Ο οργανισμός και το προσωπικό του πρέπει να διεξάγουν τις δοκιμές εξακρίβωσης με τη μέγιστη επαγγελματική ακεραιότητα και τεχνική επάρκεια και πρέπει να είναι ελεύθεροι από κάθε είδους πίεση και κίνητρο, οικονομικής φύσεως, που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, από πρόσωπα ή ομάδα προσώπων του ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα των εξακριβώσεων.

3. Ο οργανισμός πρέπει να έχει στη διάθεση του το αναγκαίο προσωπικό και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις που θα του επιτρέψουν να εκτελέσει με κατάλληλο τρόπο τα διοικητικά και τεχνικά καθήκοντα που συνδέονται με τη διεξαγωγή των εξακριβώσεων. Ο οργανισμός πρέπει επίσης, να έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για διεξαγωγή έκτακτων εξακριβώσεων.

4. Το επιφορτισμένο με τις επιθεωρήσεις προσωπικό πρέπει να διαθέτει:

- (α) Καλή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση,
- (β) ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των δοκιμών που διεξάγει και επαρκή σχετική πείρα, και
- (γ) την ικανότητα να συντάσσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, πρακτικά και εκθέσεις, όπου και καταγράφονται οι διεξαχθείσες δοκιμές.


5. Πρέπει να εξασφαλίζεται η αμεροληψία του προσωπικού που εκτελεί τις επιθεωρήσεις. Η αμοιβή του προσωπικού δεν εξαρτάται από τον αριθμό ή από τα αποτελέσματα των διεξαχθεισών δοκιμών.

6. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV**  
**(Κανονισμός 7(3))**

**ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ**

I. 1. Η σήμανση συμμόρφωσης αποτελείται από τα αρχικά «CE» και την ακόλουθη γραφική παράσταση:



2. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, οι αναλογίες της ανωτέρω γραφικής παράστασης πρέπει να τηρούνται.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V**  
**(Κανονισμοί 12, 13 και 14)**

**«ΕΝΤΥΠΟ ΑΕ»**

Με το παρόν παραχωρείται έγκριση μεταφοράς των πιο κάτω αναφερομένων εκρηκτικών υλών από ..... με προορισμό τη Δημοκρατία η οποία ισχύει για μόνο μια μεταφορά. Το παρόν επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αναχώρησης.

1. ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ .....  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ .....  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ .....  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ .....  
 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ .....
2. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ .....  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ .....  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ .....  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ .....  
 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ .....
3. ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ .....  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ .....  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ .....  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ .....  
 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ .....

4. Μεταφερόμενες Εκρηκτικές Ύλες:

ΕΙΔΟΣ	ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΗΝ. ΕΘΝΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(*)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
α. ....	.....	.....	.....	.....
β. ....	.....	.....	.....	.....
γ. ....	.....	.....	.....	.....
δ. ....	.....	.....	.....	.....
ε. ....	.....	.....	.....	.....
στ. ....	.....	.....	.....	.....

(\*) (Εάν ο χώρος δεν επαρκεί γίνεται συμπληρωματική περιγραφή κατά αύξοντα αριθμό στο πίσω μέρος του εντύπου και σφραγίζεται)

5. Όροι Εμπορίας: .....
6. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: .....
7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ: .....
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ..... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ: .....
9. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ. ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ: .....
10. Οδηγίες ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: .....

Ημερομηνία .....

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI**  
**(Κανονισμοί 16, 17 και 18)**

**«ΕΝΤΥΠΟ ΑΠ»**

Με το παρόν παραχωρείται έγκριση μεταφοράς των πιο κάτω αναφερομένων πυρομαχικών από τη Δημοκρατία με προορισμό....., η οποία ισχύει μόνο για μια μεταφορά.

Το παρόν επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προορισμού.

1. ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ .....  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ .....  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ .....  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ .....  
 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ .....
2. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ .....  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ .....  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ .....  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ .....  
 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ .....
3. ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ .....  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ .....  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ .....  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ .....  
 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ .....
4. ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ:
 

ΕΙΔΟΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
α. ....	.....	.....	.....
β. ....	.....	.....	.....
γ. ....	.....	.....	.....
δ. ....	.....	.....	.....
ε. ....	.....	.....	.....
στ. ....	.....	.....	.....
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: .....
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ..... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ: .....
7. ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: .....
8. ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ: .....
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: .....

Ημερόμηνια .....

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII**

**(Κανονισμοί 12, 14, 16, 18, 19 και 29)**

**ΤΕΛΗ**

1. Καταβλητέα τέλη:

- (α) Για έκδοση «έντυπου ΑΕ» καταβάλλεται το ποσό των Λ.Κ. 30.
- (β) για έκδοση έγκρισης αποστολής εκρηκτικών υλών καταβάλλεται το ποσό των Λ.Κ. 20.
- (γ) για έκδοση έγκρισης διαμετακόμισης εκρηκτικών υλών καταβάλλεται το ποσό των Λ.Κ. 20.
- (δ) για έκδοση «έντυπου ΑΠ» καταβάλλεται το ποσό των Λ.Κ. 20.
- (ε) για έκδοση «έντυπου ΑΠ» σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 καταβάλλεται το ποσό των Λ.Κ. 100.
- (στ) για χορήγηση γραπτής συγκατάθεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 καταβάλλεται το ποσό των Λ.Κ. 30.